

Analyt	Probe	Labors	Anzahl	Ergebnis	Referenz
HAV-Ak					
	A	63	62 negativ 1 positiv		negativ
	B	63	63 positiv		positiv
	C	63	63 positiv		positiv
	D	63	62 negativ 1 positiv		negativ
	E	63	63 positiv		positiv
HAV-Ak IgM					
	A	63	63 negativ		negativ
	B	63	63 positiv		positiv
	C	63	63 negativ		negativ
	D	63	62 negativ 1 positiv		negativ
	E	63	63 negativ		negativ